

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АС-МЕДИКАЛ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 129226, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, Эт 1 пом II оф 45, основной государственный регистрационный номер: 5177746328755, номер телефона: +74993993277, адрес электронной почты: as-medical@mail.ru

в лице Генерального директора Эркенова Ахмата Османовича

заявляет, что Оборудование лабораторное: аппарат для аэрозольной дезинфекции, марки: Detro, модель: Detro Air Spray

изготовитель "Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:7 Esenyurt / İstanbul - Turkey, Турция.

Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/35/EU (О низковольтном оборудовании - Low Voltage Directive LVD); директивой 2014/30/EU (О электромагнитной совместимости - Electromagnetic compatibility EMC).

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8424890009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 0534-грст-11/19 от 10.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза Качества», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ47, сроком действия до 11.04.2024 года.


Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Срок службы – 10 лет. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранения – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.03.2025 включительно


(подпись)



Эркенов Ахмат Османович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.НХ37.В.00528/20

Дата регистрации деклараций о соответствии: 10.03.2020